

Kesk 2, 40231, Sillamäe . Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

**KATSEPROTOKOLL № 549/14**

Kuupäev: 22.10.2014

Leht 1 (1)

**Tellija:** Keskkonnaministeerium**Tellimus:** Radooni ekshalatsiooni mõõtmine.**Mõõtmise koht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmeheidla punktid R2, R4**Koordinaadid :**

R2: X- 6591850; Y- 712475


R4: X- 6591550; Y- 712170

**Mõõtmisi teostas:** A.Dubõkina**Mõõtmise kuupäev:** 07.08.14**Tuulesuund:** kagutuul  
°C**Tuulekiirus:** ( <0.3 – 2.1) m/s**Temperatuur:** ( 27-29)**Sademed:** ei ole**Pilvisus:** pilvitu

**Mõõtmise meetod:** RI №D5. Otsene mõõtmine seadmega ALPHAGUARD PQ 2000/MC50  
(Certificate of Calibration nr.E250, 20.09.2012, SAPHYMO GmbH, Germany).

**Mõõtmiste tulemused**

Mõõtmise koht	Mõõtmise kellaeg	Radooni ekshalatsioon, Bq/m <sup>2</sup> *s
Punkt R2	9.45-10.55	0.14
Punkt R4	8.15-9.25	<0.1

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja